



## Synthèse répétabilité - Reproductibilité - Sensibilité analyseurs POC

Références test	Désignation test	Sensibilité (Limite basse du domaine)	Répétabilité	Spécificité / Précision Intermédiaire
05942861041	Bandelettes Accu-Chek Inform II	10 mg/dL (ou 0.6 mmol/L)	GLU : 41,6 mg/dL (2,3 mmol/L) : sd = 1,8 mg/dL (0,1 mmol/L) GLU : 67,5 mg/dL ( 3,7 mmol/L) : sd = 3,0 mg/dL (0,2 mmol/L) GLU : 122,4 mg/dL (6,8 mmol/L) : sd = 4,8 mg/dL (0,3 mmol/L) : CV = 3,9 % GLU : 186,7 mg/dL (10,4 mmol/L) : sd = 7,4 mg/dL (0,4 mmol/L) : CV = 4,0 % GLU : 316,8 mg/dL (17,6 mmol/L) : sd = 11,3 mg/dL (0,6 mmol/L) : CV = 3,6%	pour des valeurs à 44.8 mg/dL, CV= 1.2 mg/dL pour des valeurs à 117.9 mg/dL, CV= 1.8 % pour des valeurs à 306.4 mg/dL, CV= 1.7 %