



## Synthèse répétabilité - Reproductibilité - Sensibilité analyseurs POC

Références test	Désignation test	Sensibilité (Limite basse du domaine)	Spécificité (Précision Intermédiaire)	Répétabilité
06688721019	CoaguChek PT Pro II (2 x 24 tests)	INR: 0,8 % Quick:5 Secondes: 9,6	Contrôle niveau 1 (1,28 INR) : SD = 0,04: CV = 3,2 % Contrôle niveau 2 (2,94 INR) : SD = 0,09: CV = 3,1 %	INR ≤ 1,2 : SD= 0,04 : CV = 3,6% 1,3 ≤ INR ≤ 1,9 : SD= 0,05 : CV = 3,0% INR ≥ 2,0 : SD= 0,10: CV = 2,0%
06882382019	CoaguChek aPTT Pro II (2 x 24 tests)	20 secondes équivalent plasma	Contrôle niveau 1 (46,6s) : SD = 2,4: CV = 5,1 % Contrôle niveau 2 (66,4s) : SD = 4,4: CV = 6,6 %	aPTT ≤ 38,3 : SD= 0,8: CV = 2,4% aPTT > 38,3 et ≤ 47,1 : SD = 0,7: CV = 1,5% aPTT > 47,1 : SD=1,3: CV = 2,1%
Fevrier 2023				