Décontamination des lecteurs avant envoi

LumiraDx



lom du Laboratoire :

Code Postal: Ville:

Numéro de Série: 38074- Num. Case

Code alarme/ Description du problème:

Contact Roche :

Actions			Fait	Notes
Type	N°	Détail		
Effacement	1	Effacez les données patients contenues dans le lecteur conformément à la réglementation RGPD (Dans le menu principal, cliquez sur Paramètres, puis Configuration d'usine, et validez en cliquant sur Oui au message de confirmation) / Menu Entretien / Réglages usine).		
Arrêt système	2	Au besoin, retirez le lecteur du socle (base) et posez le sur une surface plane. Si la désactivation concerne la base unit, débranchez le cordon d'alimentation électrique.		
Décontamination	3	Nettoyez les surfaces du lecteur à l'aide d'un chiffon doux légèrement humecté avec l'un des désinfectants suivants et laissez en contact au moins 5 minutes: - **Solution d'hypochlorite de sodium (0,5 à 1,5%)** **- Chlorure de didecyldimethylammonium (0,05%)** **- Alkyl dimethyl benzil ammonium chloride (inf à 0,03%) ou mélange alkyl C12-C18 dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride, alkyl C12-C18 dimethyl benzyl ammonium chloride.**		
Attente	4	Laissez sécher le lecteur à l'air libre.		
Emballage	5	Si l'emballage d'origine est disponible, placer le lecteur et le cordon d'alimentation dans leur emplacement respectif. Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, enroulez le lecteur dans du papier bulles avant de le placer dans la boite d'expédition, joignez également le bloc alimentatio. Dans tous les cas, prenez les précautions pour que le lecteur ne subissent pas de dommage supplémentaires.		
Suivi	6	**Joindre le certificat** de décontamination ci-dessous dûment rempli au lecteur pour son envoi en atelier ou en destruction. Si connexion possible à la plateforme Navify, joindre le fichier du certificat rempli.		

Désinstallation techniquement conforme ☐

Décontamination **OBLIGATOIRE** techniquement conforme ☐

Nom du Client

Signature / Date :

Destination du lecteur

Retour Atelier	☐